

九十九里地域水道企業団公告

一般競争入札（事後審査型）の実施について

地方自治法施行令第167条の6の規定により一般競争入札を次のとおり実施します。

令和7年5月14日

九十九里地域水道企業団
企業長 鹿 間 陸 郎

1 一般競争に付する事項

- (1) 件 名 サージ吸収用コンデンサの購入
- (2) 納 入 場 所 市原市古都辺603番地
- (3) 一般競争入札 郵便入札・事後審査方式
- (4) 納 入 期 限 令和8年3月24日限り
- (5) 本 件 の 概 要

ア 目的

本件は、購入仕様書に基づきサージ吸収用コンデンサを購入するものである。

イ 概要

サージ吸収用コンデンサ 5個

- (6) 予 定 価 格 落札決定後公表
- (7) 最低制限価格 無
- (8) 入 札 保 証 金 免除
- (9) 契 約 保 証 金 無

2 入札参加者に必要な資格に関する事項

本件の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。

- (1) 本件の公告日前に効力を有する令和6・7・8年度九十九里地域水道企業団建設工事等資格者名簿「物品・委託用」に登載されているもののうち、(大分類)21・産業用機器及び資材、(中分類)5・変電機器・受配電設備について希望の登録がある者。
- (2) 本件の公告日から本件の開札の日までの間に、九十九里地域水道企業団建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていない者。
- (3) 本件の公告日前に千葉県に本店又は支店等（契約の締結及び履行に関する一切の権限を受けている者を置く。）がある者。
- (4) 別紙購入仕様書を満たしている製品且つ新品を納入できる者。
- (5) 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者。
 - ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の開札日前6か月以内に手形・小切手を不渡りした者。
 - イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定が本件の公告日までにされていない者。
 - ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定が本件の公告日までにされていない者。

3 開札の場所及び日時

- (1) 場 所 九十九里地域水道企業団第2会議室
東金市東金769番地2
- (2) 日 時 令和7年6月2日（月）午前・~~午後~~ 11時30分

4 設計図書の閲覧方法

原則として、企業団ホームページからのダウンロード又は、企業団窓口での閲覧となります。

5 入札書の郵送方法

- (1) 郵送方法 一般書留又は簡易書留
- (2) 到着期限 令和7年5月30日(金) 午後5時必着
- (3) 送付先 〒283-0802

東金市東金769番地2

九十九里地域水道企業団 総務課 管財班行

ア 郵送は外封筒(角形2号程度)及び中封筒(長形3号程度)の2重封筒としてください。

外封筒には入札書を同封した中封筒、誓約書、入札参加資格確認申請書を入れて封かん(同封されていない場合は入札無効となります。)し、封筒の表面に次の事項を必ず記載してください。

(ア) 指定した郵送先

(イ) 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書在中の旨

(ウ) 公告した件名

(エ) 公告した納入場所

(オ) 開札日

(カ) 入札者の商号又は名称

イ 中封筒には入札書を入れて封かん及び代表者印により3箇所封印し、封筒の表面に次の事項を必ず記載してください。

(ア) 入札書在中の旨

(イ) 公告した件名

(ウ) 公告した納入場所

(エ) 開札日

(オ) 入札者の商号又は名称

ウ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書の各々の様式については、企業団ホームページ掲載の入札情報・入札様式よりダウンロードし作成してください。

エ 入札書、誓約書、入札参加資格確認申請書等の書類の日付については、開札日の記入をお願いします。

オ 開札日が同日であっても、外封筒及び入札書は公告ごとに作成してください。

封筒の封は糊付けをお願いします。

6 入札回数

入札の回数は3回とする。

7 設計図書等に関する質問

設計図書等に関する質問がある場合は、書面でFAX等により提出してください。

(1) 提出期限 令和7年5月19日(月)午後5時まで

(2) 提出先 九十九里地域水道企業団 総務課 管財班

TEL 0475-54-0631

FAX 0475-54-2068

(3) 回答 質問に対する回答は令和7年5月22日(木)にホームページに掲載します。

8 入札の執行

到着期限までに到着した入札書が1通の場合でも、当該入札は執行します。

9 開札の立会

開札の立会については任意ですので、必ず参加しなければならないものではありません。

ただし、参加しなかった場合は再度入札を行うことはできません。

代理人をもって参加する場合は委任状の提出をお願いします。

10 落札者の決定

- (1) 予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を設定した場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内）で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。

以下低い価格で入札した者から順次落札候補者として資格審査を行い、後日落札者を決定し、連絡いたします。

- (2) 予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、再度入札を行うものとする。

ただし、初回の入札で無効となった者は、再度入札には参加できない。

- (3) 再度入札においては、入札書を封筒に入れずに提出することができるものとする。

- (4) 落札候補者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者としての順位を決定する。

なお、くじを引かない者があるときは、これに代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

- (5) 再度入札において落札候補者がいない場合は、当企業団物品等契約事務取扱要綱第14条第1項の規定によるものとする。

11 その他

- (1) 上記のほか、入札公告及び入札の概要を熟知し、入札書を郵送してください。

- (2) 入札書を投函する前に、再度必ず確認してください。

- (3) 開札日には、再度の入札に備え予備の入札書を持参してください。

- (4) 入札書到達の有無等の問い合わせには、一切対応しません。

- (5) 入札参加者は、ホームページ掲載の入札情報の入札約款を熟読し、遵守してください。

サージ吸収用コンデンサの購入

購入仕様書

九十九里地域水道企業団

1. 適用範囲

本仕様書は、当企業団が長柄取水場（Ⅱ）電気設備の配電盤内に使用するサージ吸収用コンデンサの購入について適用する。

2. 購入品名及び規格、数量等

- | | | |
|-----|------|--------------------------------|
| (1) | 品名 | サージ吸収用コンデンサ
型式：AF6620R3TC6R |
| (2) | 定格 | 回路電圧：6600V
静電容量：0.1×3μF |
| (3) | 数量 | 5個 |
| (4) | 製作業者 | ニチコン（株） |

3. 納入場所

市原市古都辺603番地

4. 納入期限

令和8年3月24日限り

5. 納入価格

価格は、製品及び諸経費（運送費等）を含めた価格とする。
これに消費税相当額を加え総額とする。

6. その他

- (1) 既設電気設備は、(株)日立製作所で製作しており、盤内にある既設のサージ吸収用コンデンサは(株)日立製作所が検品して設置しているため、今回購入するサージ吸収用コンデンサも同様に(株)日立製作所もしくは同社が認めたサービス部門の検品を得て納入すること。
- (2) 納入品はすべて未使用品とする。傷、汚れ、その他外観及び機能・性能を損ねるものではないものであること。
- (3) 納入者は、運搬中及び荷下ろしの際、製品に損傷等を与えないよう丁寧に扱うこと。
- (4) 納入場所は稼働中の取水場であることから、納入範囲以外の施設・敷地への立ち入り、または、設備に触れること等のないこと。
- (5) 当企業団担当職員と十分打合せを行い納入すること。また、指示する書類を提出すること。

7. 疑義

この仕様書に疑義が生じた場合は、当企業団と協議するものとする。

サージ吸収用コンデンサ

仕様

形式	回路電圧 (V)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)
AF6620R3TC6R	6600	6600	50/60	0.120/0.144

外形寸法図

